

Allegato. A

GARA N. 16/2017 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI MICRONEBULIZZAZIONE PER DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI PER VIA AEREA ALL’INTERNO DEGLI AUTOBUS CTP SPA. N° CIG 7099307577

Unitamente alla sottoscrizione del capitolato di gara nonché del presente allegato le ditte partecipanti si impegnano a produrre in fase di esecuzione del contratto la seguente documentazione:

- 1) i certificati e/o le analisi di laboratorio che attestino l’efficacia del sistema di disinfezione nei confronti dei microorganismi indicati al successivo punto a);
- 2) attestazione delle caratteristiche tecniche funzionali del micronebulizzatore così come attestate al successivo punto b)
- 3) attestazione di avvenuta esecuzione dell’intervento in linea con quanto previsto al successivo punto c)

a) CARATTERISTICHE TECNICHE MINIMALI FORNITURA SERVIZIO

L’offerta è riferita all’affidamento del servizio di sanificazione/disinfezione delle superfici per via aerea degli autobus in dotazione del Ctp Spa adibiti al servizio di trasporto pubblico locale, attraverso sistema di Micronebulizzatore. Il disinfettante utilizzato deve essere a base di perossido di idrogeno e cationi di argento e deve provocare la distruzione di BATTERI, FUNGHI, VIRUS, MUFFE, BIOFILM, SPORE FUNGINE E SPORE BATTERICHE, presenti nell’aria e sulle superfici interne degli autobus. A ragione di ciò la ditta aggiudicataria deve poter dimostrare con certificazioni e/o con analisi di laboratorio l’efficacia del sistema di disinfezione nei confronti di almeno i seguenti microorganismi: Clostridium Difficile, Acinetobacter Baumannii, Staphylococcus Aureus, Enterococcus Faecium VRE, Bacillus Subtilis, Mycobacterium Avium, Mycobacterium Terrae, Legionella Pneumophila, Candida Albicans, Aspergillus Niger, Pseudomonas Aeruginosa, Escherichia Coli”.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.4 PUNTO a) DEL
CAPITOLATO DI GARA

DATA

Firma.....

b) CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MICRONEBULIZZATORE

Fermo restando che il servizio reso deve consentire l'abbattimento dei microorganismi di cui al punto a) gli apparati utilizzati per la micronebulizzazione devono rispettare le seguenti caratteristiche minimali:

- Dispositivo medico con relativo CND, RDM;
- Erogazione della soluzione disinfettante attraverso la generazione di nebbia secca, con assenza di umidità, onde evitare la compromissione di apparecchiature e tappezzerie presenti nell'ambiente trattato;
- Erogazione massima consumo soluzione disinfettante 1ml a metro cubo;
- Deve consentire, causa esclusione, la tracciabilità dei trattamenti effettuati attraverso software reportistica che indicano le caratteristiche degli ambienti trattati, il lotto e la scadenza della soluzione usata e tempi di erogazione.

c) CARATTERISTICHE GESTIONALI DEL SERVIZIO

Il servizio sarà effettuato dalla ditta aggiudicataria direttamente presso le sedi aziendali del Ctp Spa, sottoriportate, ove sono ricoverati gli autobus della CTP SpA:

- Taranto Via del Tratturello Tarantino 5/7;
- Laterza S.S 580 Ginosa-Laterza;
- Palagiano C.Da Lupini bivio stazione;
- Massafra Viale Magna Grecia Parco S.Oronzo;
- Grottaglie Via per Montemesola n. 127;
- Pulsano S.P Pulsano -San Giorgio area p.i.p.;
- Maruggio Via Roma n. 121.

Il servizio sarà reso con cadenza bimestrale salvo diverse esigenze e solo a seguito di emissione del relativo ordinativo da parte della CTP SpA .

Al termine di ogni intervento dovrà essere rilasciato rapportino di lavoro, predisposto e compilato a cura della ditta aggiudicataria, controfirmato dai responsabili delle rispettive sedi oggetto degli interventi sul quale dovranno essere riportati:

- l'indicazione del numero di ordine della CTP, La Targa dell' autobus, Il n° Aziendale, la tipologia dell'intervento eseguito nonché le certificazioni o attestazioni previste ai precedenti punti 1) e 2) di cui dovrà essere allegata copia .

2

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.4 PUNTO a) DEL CAPITOLATO DI GARA

DATA

Firma.....